



Roma, 24/12/2025

Ufficio: DAR/DC  
Protocollo: 202511133/AG  
Oggetto: AIFA - Nota informativa importante di sicurezza su **Caspofungin**

Circolare n. 15657  
Sito Si  
8.4  
IFO Si

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI  
DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO  
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

**AIFA - Nota informativa importante di sicurezza su Caspofungin:  
evitare l'uso di membrane in poliacrilonitrile durante la terapia sostitutiva renale  
continua.**

Si segnala che i titolari dell'Autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali a base di Caspofungin, in accordo con l'Agente Europea per i Medicinali (EMA) e l'Agente Italiana del Farmaco (AIFA), hanno diffuso una nota informativa importante sulla sicurezza del medicinale Caspofungin ([clicca qui](#)).

Caspofungin è un antimicotico sterile e liofilizzato per infusione endovenosa, indicato per il trattamento delle infezioni micotiche invasive in pazienti adulti o pediatriche e viene anche utilizzato come terapia empirica in pazienti adulti o pediatriche con sospette infezioni micotiche e che presentano febbre e neutropenia (vedere RCP per l'indicazione completa).

In sintesi, la nota informativa segnala quanto segue:

- **l'uso di membrane a base di poliacrilonitrile deve essere evitato nei pazienti trattati con Caspofungin durante la terapia sostitutiva renale continua.**
- **Sono stati riportati casi di inefficacia di Caspofungin in pazienti sottoposti a terapia sostitutiva renale continua nella quale vengono utilizzate membrane filtranti in poliacrilonitrile.**
- **Il rischio di fallimento del trattamento antimicotico può comportare un peggioramento dell'infezione sistemica, con possibile esito fatale.**

- **È raccomandato di utilizzare una membrana extracorporea alternativa o un antimicotico alternativo.**

La nota segnala che le informazioni sul prodotto dei medicinali contenenti caspofungin saranno aggiornate per informare gli operatori sanitari del sospetto rischio di sequestro.

### **Segnalazione di sospette reazioni avverse**

L'AIFA ricorda a tutti gli Operatori Sanitari l'importanza della segnalazione delle sospette reazioni avverse, quale strumento fondamentale per confermare un rapporto beneficio rischio favorevole dei medicinali nelle reali condizioni di impiego.

Le segnalazioni di sospette reazioni avverse possono essere effettuate o compilando la scheda di segnalazione e inviandola via e-mail al Responsabile di Farmacovigilanza della propria struttura di appartenenza ( <https://www.aifa.gov.it/responsabili-farmacovigilanza> ) o all'azienda titolare dell'Autorizzazione all'Immissione in Commercio (AIC) del medicinale che si sospetta abbia causato la reazione avversa, o direttamente on-line sul sito AIFA (<https://servizionline.aifa.gov.it/schedasegnalazioni/#/>).

La suddetta Nota Informativa è anche pubblicata sul sito dell'AIFA (<https://www.aifa.gov.it/>) la cui consultazione regolare è raccomandata per la migliore informazione professionale e di servizio al cittadino.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia al documento allegato.

IL SEGRETARIO  
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE  
(Dr. Andrea Mandelli)